

**Протокол № 21**  
**об итогах закупок**

с. Саумалколь

июля 2017 года

1. Заказчик/организатор закупок: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ», расположенная по адресу СКО, Айыртауский район с.Саумалколь улица Хаирова 1, провела закуп способом из одного источника

по несостоявшимся закупкам.

наименование	характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки
Электрокардиограф портативный, переносной прибор со встроенным термопринтером	<p>ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений Кабрера, Франку, трех отведений ЭКГ по Нэбу, а также выбор произвольных пользовательских отведений. ЖКИ дисплей с возможностью отображения любых из 12 отведений ЭКГ. Режим «Анализ ЭКГ», наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ. Режим RR-граммы. Возможность работы в составе стресс-системы. Наличие памяти до 20 фрагментов ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать. Возможность работы с различными группами пациентов: взрослые, дети.</p> <p>Особенности электрокардиографа ЭК12Т-01-«Р-Д»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одновременная печать 3,4,6 отведений вдоль и 12 отведений поперек бумаги;</li> <li>- Возможность установки вдвое меньшего усиления для грудных отведений;</li> <li>- Регистрация усредненного комплекса ЭКГ с метками зубцов;</li> <li>- LCD графический дисплей с возможностью отображения ЭКГ;</li> <li>- Скорость движения носителя записи 10; 25 и 50 мм/с;</li> <li>- Режим проб (периодическая печать); время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.;</li> <li>- Печать RR-граммы до 10 часов;</li> <li>- Автоматический старт при обнаружении аритмии;</li> <li>- Печать заключений о положении электрической оси сердца, о смещении сегмента ST, о амплитудно-временных параметрах комплексов QRS;</li> <li>- Автоматическое измерение ЭКГ параметров по каждому отведению;</li> </ul> <p>обеспечивает съем 3, 6 или 12 отведений ЭКГ</p>	шт	1	272 500	272 500	30 календарных дней с момента заключения договора

	<p>пациента в системе общепринятых стандартных отведений , трех ЭКГ отведений по Небу и Кабреру</p> <p>наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ</p> <p>автоматический старт записи при обнаружении аритмии (что существенно экономит бумагу)</p> <p>наличие автоматического анализа ЭКГ</p> <p>регистрация RR-граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца</p> <p>регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб</p> <p>Ручной и автоматический режим;</p> <p>включение антитреморного фильтра (для защиты от помех, возникающих от мышечной активности пациента) и антидрейфового фильтра (для стабилизации изолинии)</p> <p>режекторный фильтр подавления помех от сети</p> <p>ЧСС (<i>предусмотрена возможность изменения интервала времени для подсчета частоты пульса от 5 до 30 сек.</i>)</p> <p>Записанные фрагменты сохраняются при выключении ЭК и при разряде аккумуляторов</p> <p>При выключении блока питания или отсутствии эл. энергии ЭК автоматически переходит на питание от встроенной батареи</p> <p>Блок электрокардиографический</p> <p>Сетевые предохранители</p> <p>Головка печатающая</p> <p>Перезаряжающиеся аккумуляторы</p> <p>Сетевой блок</p> <p>Кабель отведения ЭКГ</p> <p>Комплект ЭКГ электродов</p> <p>Гель Термобумага Сумка</p> <p>Ширина бумаги, не более 110 мм x 30 м</p> <p>Регистрационное удостоверение МЗ РК</p> <p>Руководство пользователя на русском языке</p> <p>Гарантийный срок, не менее 24 мес</p>						

2. Сумма, выделенная для проведения закупок- 272 500 тенге(двести семьдесят две тысячи пятьсот тенге) , в т.ч. НДС.

3. Обоснования применения данного способа – в соответствии с подпунктом 2 пункта 114 главы 10 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств.

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года №1729 (далее Правила), закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся.

4. ТОО «Гелика», юридический адрес: г. Петропавловск ул. Маяковского дом 95 соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным главами 3 и 4 Правил. Ценовые предложения представлено в соответствии с Правилами. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых изделий медицинского назначения требованиям Правил, представлены.

5. Эксперты не привлекались.

6. Организатор закупок способом из одного источника

**РЕШИЛ:** Закупить у поставщика- ТОО «Гелика», юридический адрес: г. Петропавловск ул. Маяковского дом 95

<p>Электрокардиограф портативный, переносной прибор со встроенным термопринтером</p>	<p>ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений Кабрера, Франку, трех отведений ЭКГ по Нэбу , а также выбор произвольных пользовательских отведений. ЖКИ дисплей с возможностью отображения любых из 12 отведений ЭКГ. Режим «Анализ ЭКГ», наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ. Режим RR-граммы. Возможность работы в составе стресс-системы. Наличие памяти до 20 фрагментов ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать. Возможность работы с различными группами пациентов: взрослые, дети.</p> <p>Особенности электрокардиографа ЭК12Т-01-»Р-Д»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одновременная печать 3,4,6 отведений вдоль и 12 отведений поперек бумаги;</li> <li>- Возможность установки вдвое меньшего усиления для грудных отведений;</li> <li>- Регистрация усредненного комплекса ЭКГ с метками зубцов;</li> <li>- LCD графический дисплей с возможностью отображения ЭКГ;</li> <li>- Скорость движения носителя записи 10; 25 и 50 мм/с;</li> <li>- Режим проб (периодическая печать); время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.;</li> <li>- Печать RR-граммы до 10 часов;</li> <li>- Автоматический старт при обнаружении аритмии;</li> <li>- Печать заключений о положении электрической оси сердца, о смещении сегмента ST, о амплитудно-временных параметрах комплексов QRS;</li> <li>- Автоматическое измерение ЭКГ параметров по каждому отведению;</li> </ul> <p>обеспечивает съем 3, 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений , трех ЭКГ отведений по Небу и Кабреру</p> <p>наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ</p> <p>автоматический старт записи при обнаружении аритмии (что существенно экономит бумагу)</p> <p>наличие автоматического анализа ЭКГ</p> <p>регистрация RR-граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца</p> <p>регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и</p>
--	---

	<p>после проведения проб</p> <p>Ручной и автоматический режим;</p> <p>включение антитреморного фильтра (для защиты от помех, возникающих от мышечной активности пациента) и антидрейфового фильтра (для стабилизации изолинии)</p> <p>режекторный фильтр подавления помех от сети</p> <p>ЧСС (предусмотрена возможность изменения интервала времени для подсчета частоты пульса от 5 до 30 сек.)</p> <p>Записанные фрагменты сохраняются при выключении ЭК и при разряде аккумуляторов</p> <p>При выключении блока питания или отсутствии эл. энергии ЭК автоматически переходит на питание от встроенной батареи</p> <p>Блок электрокардиографический</p> <p>Сетевые предохранители</p> <p>Головка печатающая</p> <p>Перезаряжающиеся аккумуляторы</p> <p>Сетевой блок</p> <p>Кабель отведения ЭКГ</p> <p>Комплект ЭКГ электродов</p> <p>Гель Термобумага Сумка</p> <p>Ширина бумаги, не более 110 мм x 30 м</p> <p>Регистрационное удостоверение МЗ РК</p> <p>Руководство пользователя на русском языке</p> <p>Гарантийный срок, не менее 24 мес</p>
--	--

4) Заказчику/организатору закупок: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» заключить договор о закупках:

- с ТОО «Гелика», юридический адрес: г. Петропавловск ул. Маяковского дом 95 , на общую сумму –272 250 (двести семьдесят две тысячи двести пятьдесят ), в т.ч. НДС.

РУКОВОДИТЕЛЬ



С.Г. МОЛДАХМЕТОВ