

ПРОТОКОЛ **итогов закупы способом запроса ценовых предложений**

26 марта 2020 года

с.Саумалколь

1. Заказчиком/организатором Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Айыртауская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в 11.00 часов 26.03.2020г. осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее по тексту – Постановление).

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

| № | Наименование | Характеристика | Ед.из м | Кол- во | Цена | Сумма | Срок поставки |
|---|-----------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|--|
| 1 | Шприцевой насос (инфузомат) | Управление одной рукой, интуитивно понятная клавиатура. Небольшая масса и компактный дизайн, обеспечивающие удобство переноски. Значительное время работы от аккумулятора, подходящее для неотложных ситуаций и транспортировки пациентов. Высокая точность: ±2% (достаточно для неонатального применения). Функция быстрого запуска, предотвращающая задержки по причине трения. Измерение динамического давления, функция Anti-bolus. Защита от влаги и пыли (класс IP24), возможность промывки водой. Вес - <1,8 кг (вместе с зажимом) Габариты – 330*126*110 мм. Объем шприца – 5,10,20,30,50 или 60 мл. Инфузионный режим – Режим «Скорость». Скорость потока:Шприц объемом 5 мл – (0,1-150) мл/ч, шприц объемом 10 мл – (0,1-300) мл/ч, шприц объемом 20 мл – (0,1-600) мл/ч, шприц объемом 30 мл – (0,1-900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл – (0,1-1500) | шт | 3 | 610 000,00 | 1 830 000,00 | После подписания Договора поставки в течение 15 рабочих дней |

| | |
|--|--|
| | мл/ч. Суммарный объем - 0,1-9999 мл с шагом в 0,1 мл. Заданный объем инфузии (VTBI) - 0,1-9999 мл с шагом в 0,1 мл. Шаг - 0,1-999,9 мл/ч - шаг в 0,1 мл/ч, 1000-1500 мл/ч - шаг в 1 мл/ч. Точность - Скорость потока ≥ 1 мл/ч - точность $\leq \pm 2\%$, скорость потока < 1 мл/ч - точность $\leq \pm 3\%$. Скорость в режиме открытой вены (KVO) - 0,5 мл/ч, не регулируется. Скорость подачи болюса и продювки - 0,10-1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца). Закупорка - Низкий уровень - 300 ± 75 мм рт.ст (40 кПа), средний уровень - 525 ± 75 мм рт.ст. (70 кПа), высокий уровень - 900 ± 135 мм рт.ст. (120 кПа). Экран - монохромный ЖК-экран с диагональю 1,5 дюйма, 132*32 пикс. Титрование - имеется. Блокировка клавиатура - имеется. Пауза - имеется. Автоматическое распознавание объема шприца - имеется. Система самодиагностики - имеется. Док-станция - поддерживается. Рукоятка - включена. Крепление - стандартное - на вертикальном кронштейне, дополнительное - на горизонтальном кронштейне. Интенсивность сигнала - 1-8 уровней с возможностью выбора. Заданный тип шприца - 8 типов, включая B-D, B. Braun, Terumo и 5 китайских марок, возможность использования местных конфигураций. Язык - 10 языков, включая английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, русский, турецкий, французский и чешский. Сигнализация - заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, окончание режима KVO, шприц пуст, шприц отключен закупорка, системная ошибка. |
|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|--|--|--|--------------|--|
| | | отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, режим ожидания, отключение от источника питания переменного тока. Источник питания переменного тока: 100–240 В (50–60 Гц). Тип аккумулятора: Литиевый. Время работы от аккумулятора: Стандартное - 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч, опциональное — 12 ч при скорости потока в 5 мл/ч. Время зарядки: <5 ч. Классификация: CF, класс I. Степень защиты: IP24. Температура: 0–40 °C в рабочем режиме, от -40 до 70 °C при хранении. Влажность: 15–95 % в рабочем режиме, 10–95 % при хранении. Давление воздуха: 57–106 кПа в рабочем режиме, 50–106 кПа при хранении. Интерфейс передачи данных: Поддерживается, RS232. Беспроводное соединение: Wi-Fi (опционально). Вызов сестры: Поддерживается. Источник питания постоянного тока: Поддерживается. Использование в карете скорой помощи: Поддерживается (стандарт EN-1789). | | | | | | 1 830 000,00 | |
| | ИТОГО | | | | | | | | |

3. Дата и время представления ценового предложения:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Комфорт Лайт» ценовое предложение по лоту №1 представлено в 10:57 час 26.03.2020 года.

Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

| № | Наименование | Ед измере ния | Количе ство | Товарищество с ограниченной ответственностью «Комфорт Лайт» |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| 1 | Шприцевой насос (инфузомат) | Шт | 3 | 589 999,00 |
| | | | | 1769 997,00 |

2. Комиссия в составе: председатель комиссии: руководитель – Турсынбет Ернар Акбергеноулы;

зам. председателя: зам по леч. работе - Сейтқожина Нурсулу Күшербаевна;

члены комиссии: главный бухгалтер - Жумагулова Дамеш Калаховна;

юрисконсульт - Кенжебулатов Кайрат Уразгалиевич;

заведующая аптекой – Шульженко Любовь Ивановна,

3. Признать закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП способом запроса ценовых предложений

посредством электронных закупок, проведенный КГП на ПХВ «Айыртауская РБ» не состоявшимся.

4. Закупить лекарственные средства и изделия медицинского назначения для оказания ГОБМП по лоту №1 с ТОО «Комфорт Лайт» из одного источника используя приглашение.

Председатель комиссии: руководитель – Турсынбет Ернар Акбергеноулы

зам. председателя: зам по леч. работе - Сейтқожина Нурсулу Күшербаевна

Члены комиссии: главный бухгалтер - Жумагулова Дамеш Калаховна

юрисконсульт - Кенжебулатов Кайрат Уразгалиевич

заведующая аптекой – Шульженко Любовь Ивановна

Секретарь комиссии: Ильяшева З.Ж.